

FLASH QHSE



Bulletin d'information n° 00012 du 04/10/2022

Durée d'affichage : 1 mois



DEPUIS 2020, 11 DOSIMETRES A LECTURE DIFFEREE ONT ETE PERDUS, OUBLIES OU DETERIORES.



Le **dosimètre à lecture différée** est l'outil permettant d'évaluer les **doses de rayonnements** que vous recevez durant votre activité professionnelle. Il trace votre **exposition annuelle** et sur l'ensemble de votre **carrière**.

Le port de ce **dosimètre est obligatoire en zone contrôlée et en zone surveillée**.
Il est un **dispositif garantissant votre surveillance médicale**.

En **zone contrôlée**, la **mesure de la dosimétrie individuelle** est complétée par un **dosimètre opérationnel** (appelé également dosimètre actif) qui permet une **lecture immédiate des doses reçues**.

Le port du **dosimètre opérationnel est obligatoire en zone contrôlée**.

En dehors de l'intervention et après chaque utilisation le **dosimètre doit être rangé dans un rack de stockage sur chantier ou en agence**.

Le poser dans ce rack est **très important** car :

- il y a un **dosimètre témoin** (avec une étiquette jaune) qui permet de **soustraire l'exposition liée au bruit de fond ambiant**
- cela permet de ne pas se tromper car **les dosimètres sont changés chaque trimestre**.

Chaque **trimestre**, les dosimètres sont récupérés dans le **rack** avant le 10 du mois afin que ces derniers soient **envoyés au laboratoire pour analyse**.

Tout **dosimètre rendu en retard** sera **traité comme un dosimètre perdu ou détérioré**.

La perte d'un dosimètre nuit au bon suivi de vos doses, met en doute votre culture radioprotection aux yeux des clients, auditeurs et génère une surfacturation (Laboratoire, ...).



En cas de **suspicion de dépassement de dose**, de **dysfonctionnement** ou de **panne du dosimètre opérationnel** de l'intervenant, son **dosimètre à lecture différée sera envoyé en urgence au laboratoire**.

Dans l'**attente** de la **réception** et l'**analyse** des **résultats** du développement du dosimètre, le **salarié peut être retiré de la zone**.

Dosimètres passif perdus ou détériorés :

En cas de perte ou de détérioration de mon dosimètre j'alerte ma hiérarchie (responsable de site ou de chantier) et j'attends la conduite à tenir.

Le non-respect des consignes de gestion de dosimètres fera l'objet de rappel et/ou de mesures disciplinaires.